



## pH-TESTER & TERMOMETAR

Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku. Nakon raspakivanja uverte se da je proizvod slučajno oštećen tokom transporta.

- nema više problemu sa test trakama • testiranje pH vrednosti (kiselo-neutrano-bazno) • merenje temperature i vazuša • automatska kompenzacija temperature • staklena kalibracija • jednog tački • u priboru sadržiće za kalibraciju i zaštini omot • zdrav način života! i istraži, hobi, posao: kafu za kupanje, jacuzzi, fontane, akvarami, jezera, pijaca voda, voda za kupanje, kiseala voda, termalna voda, voće, vino, rakija, kafa, voda za polivanje...

### UPOTREBA

Skinite zaštitnu kapicu sa mernih glave. Uključite instrument sa ON/OFF prekidačem. Potopite vrt (mernu glavu) instrumenta u tekućinu. Sačekajte po sekundi da se merenje stabilizira. Tasterom TEMP možete mjeriti temperaturu. Nakon upotrebe isključite instrument (ON/OFF), menu glavu operite čistom vodom. Mernu glavu operite nakon svakog merenja ili ako ste završili merenja. Zaštitni poklopac treba vratići još na vlažnu mernu glavu, ne obrišite senzor in ne ostavite je da se osuši!

### NAPAJANJE

Uredja se napaja dugmasticim baterijama 2xLR44 (AG13, GPA76). Ukoliko displej izbiče potrebuje da promeni bateriju. Uz pomoć priloženog šrafigera pažljivo izvučite ležište baterije, što je i ujedno gornji deo instrumenta. Prema označenom polariitetu postavite nove baterije. Pažljivo murni nazad držać baterije sve dok se ne zavrti. Ukoliko ni nakon promene baterije ne radi instrument provjerite i očistite kontakte baterija. Istovremeno koristite samo baterije istog proizvođača i istog tipa. Baterije je zabranjeno rastavljanje, u vratu bacati kratko ih spajati čak iako su prazne! Neupunitive baterije je zabranjeno puniti! Opošasnost od kespljenja! Prazne baterije odmah izbaciti iz uređaja! Ukoliko baterije slučajno izcure, koristite zaštitnu rokavice, i nacare, suvom kromom obrišite držać baterije!

### KALIBRACIJA

Instrument je opremljen šarafom za kalibraciju koji je već u fabrički pripravljeno podešen na neutralnu pH vrednost. Preporučuje se kontrola tačnosti svakih tri meseca i po potrebi traje izviđaj kalibraciju. Senzor potopite u destilovanu vodu i šarafom za kalibraciju koji se nalazi na zadnje strane iznad kačelje izvrši kalibraciju. Podesite je tako da pokazuje 7,0 (neutralnu vrednost). Za kalibraciju je pogodna sama destilovana voda, demineralizovana voda se ne može koristiti! Specijalnim tečnostima koji su namenjeni kalibraciji ovakvih instrumenata takođe se može vršiti kalibracija.

### OPOMBE

- Uredaji nije oporen na tečnosti, prilikom merenje se sme potopiti samo mernu glavu. Ne stavljamte ga pod vlasti vod! • Obratite pažnju i da i van upotrebe senzor bude uvuk vlasti pod poklopcom. Preporučuje se da se senzor mesečno potopi u vodu i vrati se poklopac dok je senzor vlažan. • Ovej proizvod nije predviđen za medicinsku ili javnu upotrebu, predviđena je za hobiju upotrebu.

- Ne pritisnite displej, može da se ošteši! • Svitle je od smrzavanja i udaraca, direktno toploće i sunca! • Za čišćenje koristite mekane suve krpice. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! • Proizvodi se zadržava pravo usavarenjivanja uredaja, za eventualne štampske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnicu gde ste ovaj proizvod kupili.

Baterije i akumulatori se ne smiju tretljati tako kao ostali otpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama i zakonima države u kojoj su se upotrebljavale.

## pH-TESTER & TERMOMETR

Pred prvu upotrebu preberite to navodilo in ga shranite. Originalno navodilo je napisano v mađarskem jeziku. Pazljivo odstranite embalažo in preverite da se naprava ni poškodovala med transportom.

- n/ve problemov s testiranim trakama • testiranje pH vrednosti (kiselo-neutrano-bazno) • merenje temperature i vazuša • avtomatska kompenzacija temperature • staklena kalibracija • kalibracija v eni točki • v priboru izvijač za kalibracijo in zaščitni ovoj • zdrav način življenja in prehrana, hobby, zaposlitev: baze za kopanje, jacuzzi, fontane, akvarij, jezera, pitna voda, voda za kopanje, kislina, voda, termalna voda, sadje, vino, žganje, kava, voda za zalivanje...

### UPOTREBA

Odstranite zaščitno kapico z merilne glave. Vključite instrument z ON/OFF stikalom. Potopite vrt (merilno glavo) instrumenta v tekućino. Sačekajte po sekundi da se merenje stabilizira. S tippo TEMP lahko merite temperatu. Po uporabi izključite instrument (ON/OFF), merilno glavo umilje s čistu vodo. Merilno glavo umilje po vsakem merjenju ali če ste zaključili z merjenjem. Zaščitni poklopac je treba vrniti još na vlažno merilno glavo, ne obrišite senzor in ne pusnite ga da se osuši!

### NAPAJANJE

Naprava se napaja z gumbastiima baterijama 2xLR44 (AG13, GPA76). V. kolikor ekran zbijedi je potrebno zamenjati baterij. S pomočjo priloženega izvijača izvlecite ležište baterije, kar je obenem tudi zgornji del instrumenta. Po označenem polariitetu postavite nove baterije. Pažljivo polnisnite nazaj držač baterij vse dok se ne zataknje. V. kolikor potrebno zamenjati baterij instrument ne deluje, preverite in očistite kontakte baterij. Istočasno uporabljajte samo baterije istega proizvajalca in istega tipa! Baterije je prepovedano razstavljati, metati v ogenj, kratek jih spajati česrov so prav! Neponujte baterije je prepovedano poniti! Nevaramost pred eksplozijo! Prazne baterije takoj odstranite iz naprave! V slučaju da je kislina iztekla iz baterij, pri odstranjanju uporabljajte zaščitno rokavice in očala, obrišite pa držač baterij!

### KALIBRACIJA

Instrument je opremljen z izviđačem za kalibracijo in je že v tovami pri prvočini nasiavljen na neutralnu pH vrednost. Priporoča se kontrola tačnosti vsake tri mesecne in po potrebi je treba izvršiti kalibracijo. Senzor potopite v destilovanu vodo i z izviđačem za kalibracijo kateri se nahaja na zadnji strani nad obeskanjo, izvrši kalibracijo. Nastavite jo tako da kaže 7,0 (neutralnu vrednost). Za kalibracijo je primerna samo destilovana voda, demineralizovana voda se ne može koristiti! Specijalnim tečnostima koji su namenjeni kalibraciji ovakvih instrumentov takođe se može vršiti kalibracija.

### OPOMBE

- Naprava ni odporna na tečnosti, pri merjenju se sme potopiti samo merilna glava! Ne postavljajte je pod vlasti vod! Bodite pozorni da je tudi če se ne uporablja senzor vedno vlažen pod poklopcom. Priporoča se, da se senzor na krat mesecno potopi v vodo in se pokrov vrne dokler je senzor vlažen. • Ta proizvod ni predviđen za medicinsko ali javno uporabo, predviđen je za hobiju uporabo. • Ne pritisnite ekran, lahko se poškoduje! • Naprava zaščitile pred zmizovanjem in udarci, direktno toploće in soncem! • Za čišćenje uporabljajte mehke suhe krpice. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! • Ne uporabljajte agresivna kemijska sredstva! • Priporoča se pridružuje pravico posodobljivanja naprave, za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo in se vnapred izvinjavamo.

Po izteku delovne dobe tega proizvoda, proizvod ne varzite z odpadom iz gospodinjstva. Elektronski odpad se prehrada v reciklažne centre tog tipa. S tem postopkom ščitite okolinico, vaše zdravlje in zdravlje ostalih. U reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.

Baterije in akumulatori se ne smiju tretljati tako kako ostali odpad iz domaćinstva. Ovi se proizvodi trebaju skupljati prema aktuelnim uredbama in zakonima države v kateri so se uporabljajo.

## pH-TESTER & TEPLOMĚR

Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovejte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce. Po vylezení se prosíte o tom, že přírodní nebyl během prepravy poškozen. Obalové materiály uchovávejte mimo dosahu dětí v případě, že obsahy sáčky nejsou bezpečné složky!

- už žádne trápiení se s testovacími proužky • testování pH-hodnoty (kyselo-neutrano-bazno) • měření teploty a vazuša • automatická kompenzace teploty • skleněná elektroda • kalibrace v eni točce • v priboru izvijač za kalibraci v zaščitném ovoji • zdrav način živění a prehrana, hobby, zábava: baze za kopání, jacuzzi, fontane, akvarijní, jezera, pitná voda, voda za kopání, kislina, voda, termálna voda, sadje, víno, žganje, kava, voda za zalévání...

### POUŽITÍ

Odstraněte kryt měřicí hlavice. Zapněte přístroj tláčkitem ON/OFF. Ponořte na kapalinu až dosud vložit kryt zakryjte měřicí hlavici. Počkejte několik sekund, aby displej ukazoval stabilitu hodnoty. Tláčkitem TEMP měřte teplotu. Po použití vypněte (ON/OFF), a následně poněřením a pohybem pod čistou vodu opláchněte měřicí hlavici. Taktéž postupujte mezi měřením různých tekutin, nebo pokud ještě měření dokončíte. Vítejte v této založit na ještě mokrou měřicí hlavici, senzor neodtrhněte a nenechte uschnout!

### NAPAJENÍ

Přístroj se provozuje dvěma knoflikovými článci typu 2xLR44 (AG13, GPA76). V případě výblednutí displeje je vyměňte za stejný typ. Šroubovkou zatačíte západku na zadní straně a opatrně vytáhnete držák baterie, která je s krytem přistřeň v jednom. V souladu s označenou polarietou vložte dvě nové baterie stejněho typu. Optmálně zatažte držák baterie až po kliknutí. Pokud displej nefunguje ani po vyměnění baterií, zkontrolujte správný kontakt a výstřední kontakty. Nepoužívejte spojnice barevné různých typů a/nebo různém stavu nabité! Je zakázáno baterie otevřít, házet do ohně nebo je zkratovat! Nedobojecí baterie je zakázáno dobjeti! Nebezpečí výbuchu! Okamžitě odstraňte vylité baterie z přístroje! Pokud z nich náhodou vytékla kyselina, vezměte si ochranné rukavice a držák baterie očistěte suchým hadrem!

### KALIBRAČE

Přístroj disponuje s jednobodovou kalibrací, která je od výroby nastavena na neutrální pH hodnotu. Doporučuje se kontrola čtvrtletně a v případě potřeby znova nkalibrací. Ponořte do destilované vody a nastavte šroub na zadní straně, nad skřípkou na opak se, tak aby displej ukazoval 7,0 (neutrál) hodnotu. Voda s iontuovou výměnou není na tento čin vhodná! S rozložky, nabízenými v obchodní sítě můžete provádět a přesnou kyselinou.


### UPOZORNĚNÍ

- Tekutina se může dotykat výhradně měřicí hlavice, přístroj není voděodolný! Nevkáslujte pod horoukou vodou! Dbejte na to, aby čast pod vikem byla mimo provoz vždy vlnká. Doporučuje se hlavici jednou do měsíce ponouti do vody a vrátit na věž vlnky. • Přístroj nebyl navržen pro lehkáček nebo veřejné, ale na domácí, hobby použití. • Nevkáslujte displej, neboť se může poškodit! • Chránič před mrázem a nárazem, jakož i přímo teplého a slunečního záření! • Po čistění přístroje používejte měkkou, suchou utěrkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky! • Vyhrazujeme si právo inovací, za případné tiskové chyby neručíme a omlouváme se za ně.

Výrobek nevyhuzuje s domovním odpadem! Po skončení jeho životnosti je odelerjte na místě po sběr elektronického odpadu! Případně dozvěděte zodpovědce nebo místní organizace po sběr odpadu. Timto chráníte životní prostředí a zdraví své i spoluobčanů.

Baterie / akumulátory se nesměj využívat do obyčejného komunálního odpadu. Zákonem povinen užívatele je, aby použité, výběrat baterie odvezdat na sběrných místech svého bydliště nebo v obchodní sítí. Timto způsobem se zajistí jejich likvidace v souladu s ochranou životního prostředí.

pH range	0,00 - 14,00 ph
resolution	0,10 pH
accuracy	± 0,10 pH
temp.compens.	0 - 60 °C
oper. temp.	0 - 60 °C
LCD	4 x digit
mm / g	155 x 29 x 16/46
battery	2 x LR44, AG13



CALIBRATION

